

非标实验室装置

SCR脱硫脱硝系统

CVD沉积系统

PVD沉积系统

评价装置



常压催化评价装置:

装置型号: JQ-02-YJ

加热温度: 50° C

反应压力: 常压-3Bar

湿度控制范围: 10--90%RH

气路: 二路

反应器容积: 2ml

